

Clearblue®

Prueba de embarazo

Detección temprana

- Una precisión superior al 99 % a partir del día en el que debería iniciarse su periodo.
- **Lea este folleto con atención antes de realizar una prueba.**

1 Cuándo realizar la prueba.

Capuchón Punta que cambia de color



- Se puede utilizar hasta 6 días antes de la ausencia del periodo, es decir, 5 días antes de la fecha en la que debería iniciarse el periodo.
- Si va a realizar la prueba antes de la fecha en la que debería iniciarse el periodo, utilice la primera orina del día. De lo contrario, puede hacerlo en cualquier momento del día.
- No beba mucho líquido antes de realizar la prueba.

2 Realice la prueba.

A



FLUJO DE ORINA

Debe sostener la punta que cambia de color en el flujo de orina durante 5 segundos.

- Retire el envoltorio de aluminio y quite el capuchón. **Utilice la varilla de prueba de inmediato.**

Elección del método de prueba

- **IMPORTANTE: La punta que cambia de color se volverá rosa rápidamente para indicar que está absorbiendo la orina.**

O



MUESTRA RECOGIDA

Empiece a contar 20 segundos en cuanto vea que la punta que cambia de color se vuelve rosa.

- A Mantenga la punta que cambia de color en el flujo de orina durante 5 segundos.

B

- B Sumerja completamente solo la punta en una muestra de orina, recogida en un recipiente limpio y seco, durante 20 segundos.

- Si la punta que cambia de color no se vuelve completamente rosa, consulte la pregunta 7.
- Vuelva a colocar el capuchón y deje la varilla de prueba en posición horizontal.
- Empiece a contar.

3 minutos

ESPERE 3 MINUTOS COMPLETOS

Antes de leer el resultado

3 Lea el resultado.



- Puede que aparezca una línea en la ventana de control rápidamente, pero **DEBE** esperar 3 minutos antes de leer el resultado. Si no observa una línea azul en la ventana de control, entonces la prueba no ha funcionado correctamente (consulte la pregunta 8).

NO EMBARAZADA SI VE DOS LÍNEAS, SIGNIFICA QUE ESTÁ EMBARAZADA



Figura A



Figura B



Figura C



Figura D

NO IMPORTA LO OSCURAS O CLARAS QUE SEAN LAS LÍNEAS.

- Si el resultado es "No Embarazada", consulte la pregunta 4.
- Si el resultado es "Embarazada", consulte la pregunta 3.
- Si no está segura del resultado, consulte la pregunta 9.

IMPORTANTE: Lea los resultados en los **10 minutos** posteriores a la realización de la prueba. Ignore cualquier cambio una vez transcurrido ese tiempo.

Preguntas y respuestas

1 ¿Cómo funciona Clearblue?

Cuando se está embarazada, el organismo produce la hormona del embarazo (hCG o gonadotropina coriónica humana). Esta prueba puede detectar pequeñas cantidades de la hCG en su orina (la sensibilidad de esta prueba es de 10 mIU/ml).

2 ¿Cuándo puedo utilizar Clearblue Early con detección temprana?

Se puede utilizar hasta 6 días antes de la ausencia del periodo, es decir, 5 días antes de la fecha en la que debería iniciarse el periodo. Si realiza la prueba antes de la fecha en la que debería iniciarse el periodo y el resultado es de "No Embarazada", aún existe la posibilidad de que sí lo esté. Consulte la tabla que se muestra a continuación para ver los resultados de las pruebas de laboratorio con muestras de orina de etapas tempranas del embarazo.

Realización anticipada de la prueba

| Cantidad de días antes de la fecha en la que debería iniciarse el periodo | % de muestras de mujeres embarazadas con resultado de "Embarazada" |
|---|--|
| 0 | >99 % |
| 1 | >99 % |
| 2 | >99 % |
| 3 | >99 % |
| 4 | 96 % |
| 5 | 79 % |

3 La prueba dice que estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?

Debe consultar a su médico para que le aconseje sobre las medidas que debe adoptar.

4 La prueba dice que no estoy embarazada, pero sigo creyendo que podría estarlo. ¿Qué debo hacer?

Puede que no esté embarazada, o que el nivel de hCG no sea lo suficientemente alto para ser detectado, o que haya calculado mal el día en el que debería iniciarse el periodo. Si realizó la prueba de forma anticipada, realice la prueba nuevamente en la fecha en la que debería iniciarse el periodo. Si no le ha venido el periodo, repita la prueba a los 3 días. Si obtiene un resultado de "No Embarazada" y sigue sin venirle el periodo, consulte a su médico.

5 Realicé la prueba anteriormente y el resultado fue de "Embarazada". He vuelto a realizar la prueba y el resultado ha sido de "No Embarazada" o ha comenzado mi periodo. ¿Qué significa esto?

Aunque la precisión de la prueba es superior al 99 % en la detección de la hormona del embarazo a partir del día en el que debería iniciarse su periodo, es posible que se indique un resultado positivo que más tarde resulte ser negativo (es decir, que se obtenga un resultado negativo más adelante o que se inicie el periodo). Esto puede deberse a un aborto espontáneo durante las primeras fases de gestación, conocido como "aborto espontáneo precoz", y que, desgraciadamente, no es infrecuente, ya que se da aproximadamente en 1 de cada 4 embarazos. Si obtiene resultados inesperados, pida consejo a su médico.

6 ¿Puede afectar el estado de salud o alguna medicación al resultado?

Lea siempre las instrucciones del fabricante de los medicamentos que esté tomando antes de realizar una prueba.

Los medicamentos que contienen hCG pueden afectar al resultado. Los embarazos ectópicos y los embarazos recientes, aunque no hayan llegado a término, pueden dar lugar a resultados incorrectos. Si se está acercando a la menopausia, puede obtener un resultado de embarazo falso a pesar de no estar embarazada. La prueba no debería verse afectada por los tratamientos hormonales que contengan citrato de clomifeno, analgésicos, alcohol, antibióticos o la píldora anticonceptiva. Si obtiene resultados inesperados, consulte con su médico.

7 Cuando utilicé la prueba, la punta que cambia de color no se volvió completamente rosa. ¿Qué debo hacer?

Puede que no haya aplicado suficiente orina; sin embargo, si la línea azul se muestra en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, significa que esta ha funcionado. Si no se muestra ninguna línea azul en la ventana de control en los 10 minutos posteriores a la realización de la prueba, consulte la pregunta 8.

8 He realizado la prueba, pero no se ha mostrado ninguna línea azul en la ventana de control. ¿Qué debo hacer?

Si han transcurrido más de 10 minutos desde que realizó la prueba, entonces esta no ha funcionado. Causas posibles:

- La punta que cambia de color no se mantuvo apuntando hacia abajo o la varilla de prueba no se dejó en posición horizontal después de que se aplicara la orina.
- Se usó demasiada o muy poca orina.

Debe repetir la prueba con una varilla de prueba nueva procurando seguir las instrucciones. Quizá prefiera recoger una muestra de orina y realizar la prueba utilizando el método de "muestra recogida".

9 ¿Qué debo hacer si no estoy segura del resultado?

Consulte las imágenes de la sección "Lectura de resultados".

Figura A

El resultado es "No Embarazada". Si todavía cree que puede estar embarazada, consulte la pregunta 4.

Figuras B-D

El resultado es "Embarazada". El aspecto de la línea en la ventana de resultado puede variar, sin embargo, sigue siendo un resultado "Embarazada" con independencia de lo oscura o clara que sea.

Figura B: Este resultado es más habitual cuando realiza la prueba antes de la fecha de inicio del periodo cuando los niveles de hCG pueden ser relativamente bajos.

Figura C: Este resultado es normal cuando realiza la prueba en la fecha en la que debería iniciarse el periodo o en días cercanos.

Figura D: Este resultado es más habitual cuando realiza la prueba varios días después de la fecha en la que debería iniciarse el periodo, puesto que los niveles de hCG son mayores.

Si no está segura del resultado, debería esperar al menos 3 días antes de volver a realizar la prueba. Cuando la repita, siga las instrucciones con atención.

www.clearblue.com

Agentes disponibles de 08:00 a 16:00 h. Lun - vie, excepto festivos.
900 816 706

Gratuito desde red fija, se podrían aplicar cargos adicionales desde red móvil. Todas las llamadas son grabadas y podrían ser monitoreadas por motivos de control de calidad. Por favor, tenga el número de lote del producto disponible.

Para conocer los siguientes pasos, información y consejos generales sobre cuestiones relacionadas con el embarazo, visite nuestro sitio web en: www.clearblue.com

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginebra (Suiza).
Clearblue es una marca comercial de SPD.
© 2017 SPD. Todos los derechos reservados.

2300491.01 06 - 2017

Test para autodiagnóstico *in vitro*.

Autodiagnóstico en casa.

Solo para uso de diagnóstico *in vitro*.

No apto para uso interno.

No reutilizar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenar a entre 2 y 30 °C.

En caso de que el dispositivo se haya conservado refrigerado, deje que alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos antes de realizar la prueba.

No utilizar si el envoltorio de aluminio está dañado.

No utilizar después de la fecha de caducidad.

Desear con los residuos domésticos normales.

| | | | |
|---|--------------------|---|---|
|  | Fabricante |  | No reutilizar |
|  | Número de lote |  | Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i> |
|  | Fecha de caducidad |  | Límite de temperatura 2-30 °C |

CE
0843

